



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:
NZ/220/55/W2/2015

Data:
14.07.2015 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/55/2015 pn. Dostawa stymulatorów i kardiowerterów dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 2

Pytanie 1 do zadań 1A-9/1A-10

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie kardiowerterów defibrylatorów jednojamowych z terapią antyarytmiczną Defib, CV, Burst i Ramp? Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odp.: Tak.

Pytanie 2 do zadania 1A-12

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter defibrylator resynchronizujący z możliwością dostarczenia terapii ATP przed ładowaniem kondensatorów? Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odp.: Tak.

ZESTAW 3

Zadanie 6

Czy Zamawiający zaakceptuje ofertę urządzenia CRT-P bez „Automatycznego wykreślanie progu krzywej stymulacji – wykres graficzny na ekranie programatora”?

Odp.: Tak. W związku z powyższym Zamawiający zmienia brzmienie Załącznika nr 1A-6 do SIWZ (do zadania nr 6) poprzez usunięcie w poz. 2 tabeli pkt. j o brzmieniu „Automatyczne wykreślanie progu krzywej stymulacji – wykres graficzny na ekranie programatora”.

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 1A do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

ZESTAW 4

Zadanie 12

Czy Zamawiający opisując parametr „Dyskryminator oversensingu załamek T – możliwość zmiany wyczuwania w kanale komorowym” oczekuje zaoferowania urządzeń posiadających jednocześnie algorytm dyskryminujący zjawisko oversensingu załamek T jak i możliwość zmiany czułości w kanale komorowym?

Odp.: Tak.

**p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
Małgorzata Usielska**



p.o. Dyrektor

(91) 81 39 011
(91) 81 39 014

**p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**

(091) 81 39 012

**Naczelną
Pielęgniarką**

(091) 81 39 016

**Główny
Księgowy**

(091) 81 39 015